

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ITAPECURU MIRIM/MA**

Pedidos de Esclarecimento

Nº 023 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO

2023.03.23.0018

**26/04/2023 17:24 - Solicitante: 01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA**

Pedido - Prezados, boa tarde! Pedido de esclarecimento, Ref.: PE 23/2023 – ITEM 42: "ELETROCARDIÓGRAFO" O descritivo técnico solicita: "IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4". Entretanto, não é comum a impressão de apenas 1 canal em equipamentos com as características especificadas, além de inviável a sua utilização para grande parte dos diagnósticos médicos. Desta forma, questionamos, serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4? Aguardo retorno, Atenciosamente,

27/04/2023 15:07

Resposta - Acerca do esclarecimento sobre se serão aceitos equipamentos que permitem impressão de 3,6 e 12 canais em papel termossensível A4, informamos que não será aceito. O item mencionado precisa atender todas as especificações técnicas conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital.